

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд  
Евиденциони број: 404-123/14-7  
Датум: 15.08.2014.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  
ВРЕДНОСТИ БР. 25/14 – ОПРЕМА ЗА МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА

За јавну набавку мале вредности бр. 25/14 – Опрема за мониторинг подземних вода,  
постављено је следеће питање понуђача:

**1. Питање:**

Интегрисани 16 бит-ни даталогер

- Тачност боља од 0,1%,

Molim Vas za detaljnije objašnjenje ovog zahteva, obzirom da logger, u principu, samo beleži, a ne obrađuje vrednosti koje dobije od od senzora.

**1. Odgovor** - Zahtev se odnosi da 16-bitni a/d koverter zabeleži digitalni signal iste tačnosti kao što je registrovao senzor za pritisak i nakon konvertovanja posalje datalogeru.

**2. Питање:** Кућиште заштите типа IP68, IP67

Da li se ovaj zahtev odnosi na sondu ili na data logger ili na GSM modem?

**2. Odgovor** - Zastita tipa IP68 odnosi se na senzor i dataloger dok se zastita tipa IP67 odnosi na komunikacionu jedinicu, baterije i interfejs.

за Комисију за јавну набавку  
Мира Ивљанин, дипл.инж.